ELECTRODO PARCHE DESFIBRILADOR ADULTO PHILIPS HEARTSTART FR2

DESCRIPCIÓN

Referencia Catálogo LESSA: 99.835.00
Descripción: Parche de desfibrilación con cable (Adulto >25 kg)
Material soporte: Foam grado médico, espesor 1 mm
Superficie total (de cada electrodo): 148 cm_2
Área activa (de cada electrodo): 95 cm_2
Material conductor: Lámina de metal
Características del gel: Gel conductor adhesivo de baja impedancia.
Látex: Exento
Longitud del cable: 120 cm
Conector: Conector de seguridad.
Nº de descargas (a máxima potencia): 50 x 360J
Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1
Compatibilidades: Philips Laerdal Medical. Agilent Philips
Modelos (Tabla orientativa):

MARCA MODELO
Philips
Laerdal Medical
Heartstream ForeRunner I AED model E,S,EM
Heartstart FR1 AED modelos 940010XX, 940020XX, 940030XX
Heartstream Heartstart FR2 AED modelos M3841A, M3861A
Heartstream Heartstart FR2 + AED con módulo ECG modelos M3840A, M3860A
HeartStart FR3
CodeMaster modelo M1722A/B, M1723A/B, M1724A, M2475B (con cable Philips M3507A y adaptador 05-200)

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

HeartStart MRx (con cable Philips M3508A)
Agilent-Philips Heartstream/HeartStart XL modelo M4735A (con cable PhilipsM3508A)
Heartstream/HeartStart XLT modelo M3500B (con cable PhilipsM3508A)
HeartStart 4000 modelo M5500B (con cable Philips M3508A)

Características eléctricas:

Descripción LESSA DEFI PADS ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz) < 200 ohm < 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC < 3 ohm < 3 ohm
Ruido < 20 μ V < 100 μ V
Offset voltaje tras defibrilación @ 4 seg. < 350 mV < 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV < 250 μA < 250 μA
Offset voltaje DC < 10 mV < 100 mV
Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 10 bolsas.
Condiciones de almacenado: Temperatura 5ºC a 30ºC. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase.
Caducidad: Ver envase.
Precauciones: Producto de un solo uso.

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid