

CATÉTERES UMBILICALES

REF 270.03.04.05.06.07.08 / 1270.02.03.04.05.08

- DESCRIPCIÓN:**
- REF 270** Catéter de PVC, ORX y transparente con marcado centimétrico de 5 a 25 cm de la extremidad distal roma.
- REF 1270** Catéter de poliuretano ORX y transparente, con marcado centimétrico de 4 a 25 cm de la extremidad distal roma, 1 llave de 2 vías con clips de identificación (rojo para utilización arterial, azul para utilización venosa).

UTILIZACIÓN: El catéter se introduce en la vena umbilical o en la arteria umbilical de un recién nacido.


El cateterismo umbilical venoso se utiliza principalmente en casos de urgencia neonatal de corta duración, permitiendo la perfusión de soluciones, la transfusión, la exanguineo-transfusión, la inyección de medicamentos, la medida de la presión venosa central,...

El cateterismo umbilical arterial se utiliza principalmente para toma de muestras sanguíneas, medida de la presión sanguínea arterial, vigilancia de gases en sangre y perfusiones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO		Ch	Longitud (cm)	
			REF 270	REF 1270
-	1270.02	2,5	-	30
270.03	1270.03	3,5	40	40
270.04	1270.04	4	40	40
270.05	1270.05	5	40	40
270.06	-	6	40	-
270.07	-	7	40	-
270.08	1270.08	8	40	40

ESQUEMA - COMPOSICIÓN:



CONTROLES FUNCIONALES:

- controles dimensionales,
- calidad del embotado y del marcado del catéter,
- control de tracción del catéter y resistencia de las uniones,
- control de la permeabilidad y de la estanqueidad,
- verificación del funcionamiento de la llave (únicamente REF 1270),

- aspecto visual.

ACONDICIONAMIENTO: - **primario** : Blister flexible (REF 270)
Bolsa interna (PE) + Bolsa pelable (REF 1270)

- **secundario** (unidad de pedido) :Caja de :
15 uds (REF 270)
8 uds (REF 1270.02/03)
20 uds (REF 1270.04 y 08)

NORMAS DEL PRODUCTO: ISO 594 / ISO 10555.

ESTERILIZACIÓN: Oxido de etileno.

CADUCIDAD: 5 años.
(Los productos se almacenan protegidos del calor, la humedad y la luz).

LUGAR DE FABRICACIÓN: Comunidad Europea

MARCA CE: Certificación CE otorgada por el G Med.

CERTIFICACIÓN DE EMPRESA: Certificación ISO 9001 desde 1993 y EN 46001 desde 1995
--

