SISTEMA DE SUERO LUER-LOCK SIN TOMA DE AIRE **UNIDIX**

Dispositivo para infundir líquidos en el torrente sanguíneo del paciente por acción de la gravedad.
Sin toma de aire. Con filtro para partículas en la base de la cámara de goteo.
Dispone de un tapón con filtro de purga en el terminal luer-lock que facilita la técnica de cebado del sistema.
100% exento de látex y DEHP. Esterilizado mediante Óxido de Etileno.
Un solo uso, desechable.

Punzón

Fabricado en ABS

- Blanco
- Con tapa protectora de PE translúcida.

Regulador del flujo

Fabricado en ABS

- Blanco
- Rueda de control de la velocidad de administración.
- Con dispositivo para anclar el tubo.

Cámara de goteo

Fabricado en PVC

- Transparente
- Macrogoteo
- 20 gotas= 1±0.1ml agua destilada
- Libre de DEHP
- Posee un filtro de 15µm para el fluido y retención de partículas.

Tubo

Fabricado en PVC

- Transparente
- Flexible y sin memoria
- Antiacodable
- Longitud 180cm
- Ø interno 3mm Ø externo 4.1mm
- Libre de DEHP

Conexión macho Luer-Lock

Fabricado en ABS

- Transparente.
- Terminal distal.
- Con tapón protector con filtro de purga.

GRUPO UNIDIX C/ Rivas, 27.
Teléfono: +34 91 776 53 63

Vicálvaro. 28052. MADRID
www.grupounidix.com

MODO DE EMPLEO DEL SISTEMA DE SUERO UNIDIX

- Extraer del embalaje unitario manteniendo su esterilidad.
- Cerrar el regulador de flujo.
- Retirar la tapa protectora del punzón e insertar en el recipiente del fluido y colocar en suspensión.
- No es necesario retirar el tapón de la conexión luer-lock para purgar el sistema.
- Llenar la cámara de goteo hasta la mitad.
- Abrir el regulador de flujo y purgar hasta expulsar todo el aire.
- Cerrar de nuevo el regulador de flujo.
- Retirar la tapa de la conexión macho luer-lock y conectar al acceso venoso.
- Ajustar la velocidad de administración.

BENEFICIOS

- Sistema resistente a lípidos y citostáticos, lo cual amplia el rango de uso y su administración. (Siga las indicaciones de seguridad de las guías y protocolos)
- Circuito totalmente cerrado gracias a su diseño sin toma de aire.
- Permite su uso durante procedimientos de RM ya que no contiene partes metálicas.
- Filtro para partículas y bacterias tanto en la toma de aire como en la cámara previa al tubo a paciente.
- Apariencia totalmente transparente para visionado del interior tanto el fluido como posibles burbujas de aire. Fácil control de la purga.
- Tapón de conexión con filtro de purga que permite un cebado aséptico ya que no es necesaria su retirada hasta que sea precisa la conexión a vía venosa.
- Una purga más controlada ya que se detiene automáticamente al llegar al final.
- Nos proporciona menor pérdida de fluido y mayor limpieza al realizar esta técnica.
- Empaquetado recogido con una banda lo que permite una extracción controlada del producto y volcado en campo estéril más seguro.
- Envase codificado por colores para su rápida identificación.
- Material atóxico y apirógeno. 100% exento de látex y libre de DEHP. No contiene componentes de origen animal BSE/TSE.
- Menor impacto ambiental; envases/embalajes con material reciclado y reciclable.

REFERENCIA, UNIDADES Y CÓDIGO DE BARRAS

Sistema de doble embalaje. Caja de transporte 200 unidades. Bolsas internas de 20u.

REFERENCIA	UNIDADES	EAN13
SS05	200	8432229280505

Fabricado para GRUPO UNIDIX en conformidad con la Directiva 93/42EEC. Producto Clase IIa. Carta de extensión conforme al Reglamento MDR (EU) 2017/745.

Acorde EN 1707:1997 acoplamiento dispositivos médicos, EN 13868 métodos de ensayo de acodamiento de tubos uso médico, EN ISO 8536-4:2013 equipo de infusión por gravedad de uso médico, ISO 10993 evaluación biológica de dispositivos médicos, ISO 11135-1 esterilización, ISO 14644 salas limpias y entornos controlados. Envasado y etiquetado acorde EN 980 EN 11607-1, EN 868-5, EN ISO 15223-1 y EN 1041.
EN ISO 13485:2012 sistemas de gestión de calidad.

GRUPO UNIDIX C/ Rivas, 27.
Teléfono: +34 91 776 53 63

Vicálvaro. 28052. MADRID
www.grupounidix.com