


MARTILLO TAYLOR



DESCRIPCIÓN

Referencia.	Capacidad
10.001	50 cc
10.002	100 cc
10.003	150 cc
10.004	200 cc

Jeringa de acero inoxidable que se utiliza para introducir agua en el canal auditivo para limpiar el oído de cerumen obturado.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE):	AISI 420 A AST
REFERENCIA ESTANDAR	FM 899-90
PRUEBA DE CORROSION:	ASTM F 1089-87
DUREZA	48-53 HRC
TOLERANCIA DE TAMAÑO	±0.5CM

%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%CU	N
0.35-0.4	≤1	≤1	≤0.045	≤0.03	14-15	0.4-0.6	-	-	-