Tubos para extracción de sangre por vacío

Muestras de suero

Tubos de suero BD Vacutainer®

Los tubos de suero están disponibles en vidrio y plástico (PET). En los tubos de vidrio, la propia superficie interior actúa como activador natural de la coagulación. En los de plástico, las paredes se recubren con partículas de sílice, que actúan como activador de la coagulación. Estos tubos se etiquetan con las siglas CAT (*Clot Activator Tube* o Tubo con Activador de la Coagulación)

Tiempo de coagulación

El tiempo mínimo recomendado para la coagulación de estos tubos es de 60 minutos

Condiciones de centrifugación

≤1300g durante 10 min a 18-25ºC

Más información

Si lo desea, puede solicitar información técnica y/o clínica

Tubos de suero BD Vacutainer®

Nº Ref.	Volumen de vacío (mL)	Tamaño (mm)	Aditivo	Separador	Material	Etiqueta	Tapón	Color
368492	2.0*	13 x 75	Sílice (Activador coagulación)	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	
368271	2.0*	13 x 75	Sílice (Activador coagulación)	Ninguno	PET	Transparente	BD Hemogard™	
369032	4.0	13 x 75	Sílice (Activador coagulación)	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	
365904	4.0	13 x 75	Sílice (Activador coagulación)	Ninguno	PET	Transparente	BD Hemogard™	
367624	5.0	13 x 75	Sin aditivo. No siliconado	Ninguno	Vidrio	Papel	BD Hemogard™	
367614	5.0	13 x 75	Sin aditivo. Siliconado	Ninguno	Vidrio	Papel	BD Hemogard™	
368814	6.0	13 x 100	Sílice (Activador coagulación)	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	
368815	6.0	13 x 100	Sílice (Activador coagulación)	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	
367819	6.0	13 x 100	Sílice (Activador coagulación)	Ninguno	PET	Transparente	BD Hemogard™	
367896	10.0	16 x 100	Sílice (Activador coagulación)	Ninguno	PET	Papel	BD Hemogard™	

Todos los tubos vienen en bandejas de 100 / cajas de 1000

* Tubo de vacío reducido

BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company ©2016 BD.