

EQUIPO DE CESÁREA UNIDIX


Equipo quirúrgico con los componentes necesarios para intervenciones quirúrgicas de cesárea.

Todos los componentes se presentan colocados internamente y en un solo paquete.

Esterilizado por Óxido de Etileno. 100% libre de látex y DEHP.

Producto desechable, un solo uso.

Cantidad	Componentes	Especificaciones
1	Cubreemesas envolvente 150 x 190 cm	2 capas
1	Funda mesa de Mayo reforzada 79 x 145 cm	2 capas. Refuerzo 85 x 65 cm
1	Sábana cesárea en T 185/250 x 330 cm con campo de incisión, bolsa recogida líquidos y pasatubos incorporado	Campo de incisión Steri-Drape™ 3M fenestrado 16 x 18 cm
1	Manta bebé 75 x 120 cm	55g Spunlaced NW
1	Cinta adhesiva 9 x 50 cm	2 capas
4	Toallas secado de campo 30 x 34 cm	Plegadas 8 x 17 cm



Condiciones de almacenamiento: Mantener en un lugar seco y fresco evitando la luz solar directa.

Vida útil de 3 años tras su fabricación. Antes de usar inspeccionar el embalaje, si está dañado o contaminado desechar.

REFERENCIA, UNIDADES Y CÓDIGO DE BARRAS

Caja de 10 unidades.

REFERENCIA	UDS	EAN13
801260	1	8432229427122
	10	8432229527129

Fabricado para GRUPO UNIDIX en conformidad con la directiva 93/42/EEC. Producto Clase I, estéril.

Paños quirúrgicos bajo el estándar EN 13795.

Aseguramiento de la calidad acorde EN ISO 13485:2016. Sistemas de gestión ambiental acorde ISO 14001:2015.