



Kendall™

Electrodo ECG Arbo H124SG

Descripción

Electrodo Kendall ECG de hidrogel sólido tamaño pequeño para monitorización de larga duración.

Código	Descripción	Caja / Unid. Venta
31.1245.21	Electrodo ECG Arbo H124SG Foam (bolsa 50)	500udes./caja

Información básica del Producto

Forma / tamaño (excluido el agarre)	Lágrima /30x24 mm
Superficie total del producto (excluido el agarre)	565 mm ²
Área de gel	201 mm ²
Área adhesiva	251 mm ²
Área sensor	80 mm ²
Grosor del producto (excluyendo el adaptador)	1 mm
Adaptador	Broche
Latiguillo integrado (longitud / color)	—

Información de materiales

Material de soporte	Espuma de polietileno, blanco
Características de adherencia	Adhesivo de grado médico sensible a la presión
Características del gel	Hidrogel conductor y adhesivo
Etiqueta posterior / de soporte	Película de polipropileno (PP) transparente
Plástico protector	PE/Papel/PE, ambos lados siliconados
Sensor	Revestido con Ag/AgCl
Adaptador / conector	Acero inoxidable
Cubierta latiguillo integrado	—
Cable latiguillo integrado	—

Características eléctricas (ANSI/AAMI EC 12, promedio medido antes del embalaje)

Impedancia ACZ I (antes de la simulación de desfibrilación)	220 ohm
Tensión de desplazamiento en CC (antes de la simulación de desfibrilación)	0,2 mV
SDR (potencial remanente después de la simulación de desfibrilación)	11 mV
Impedancia (declinación potencial después de la simulación de desfibrilación)	0,2 mV/s
COIIN (inestabilidad combinada de desplazamiento y ruido interior)	4 µV
Tolerancia de la corriente de polarización (tensión de desplazamiento en CC después de la carga de CC)	6 mV

Kendall™

Electrodo ECG Arbo H124SG

Características especiales

Compatibilidad con IRM (< 3T)	No
Translucidez Rayos X	No
Resistencia al desprendimiento, máxima (de la lámina de PE 180º, 50mm/min, ASTM D1876)	2,5 N
Rascador integrado	No
Reposicionabilidad	No

Embalaje

	Largo x ancho x alto (mm)	Contenido(electrodos)	Material
Embalaje del producto (bolsa)	220x180	50	Papel/PE/Alu/PE
Embalaje unidad de venta (caja)	194x194x240	500	Cartón

Biocompatibilidad

Prueba de cumplimiento de DIN ISO 10993 : Superada

Medio ambiente

Directiva RoHS: En cumplimiento

Indicaciones

Tamaño pequeño adecuado para pediatría, neurología y aplicaciones especiales.



Kendall™

Electrodo ECG Arbo H124SG

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Exento de Látex	Sí
-----------------	----

Exento de DEHP	Sí
----------------	----

Exento de PVC	Sí
---------------	----

Exento de Níquel	Sí
------------------	----

REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

CADUCIDAD

24 meses

ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE

