


SONDA URETRAL FEMENINA UNIDIX

Sonda recta semirrígida fabricada en PVC de uso médico para el drenaje de la orina de la vejiga en casos de retención o bien para instilar líquidos de forma temporal o intermitente.

Catéter con longitud adecuada para atravesar la uretra y llegar hasta la vejiga.

Empaquetadas individualmente y esterilizadas por Óxido de Etileno.

Un solo uso, desechables. 100% libres de látex y DEHP.



Composición PVC de uso médico.

Apariencia: Transparente



MODO DE EMPLEO DE LA SONDA URETRAL FEMENINA UNIDIX

- > Adoptar las medidas asépticas necesarias.
- > Seleccionar el calibre deseado y extraer del envase individual manteniendo su esterilidad.
- > Introducir la punta a través de la uretra hasta la vejiga. Su correcta ubicación se manifiesta por la inmediata salida de orina a través de la sonda.

BENEFICIOS

- > Material que ofrece flexibilidad y a la vez rigidez para su fácil manipulación
- > Catéter transparente que permite ver el paso de líquidos en el interior de la sonda y/o el reflujo de orina.
- > Conector codificado por colores para su rápida identificación según calibre.
- > Superficie tratada para facilitar la inserción.
- > Punta redondeada para un resultado atraumático para el paciente.
- > Dispositivo no invasivo.
- > Material biocompatible y 100% exento de látex y DEHP.

DIMENSIONES, REFERENCIAS Y CÓDIGO DE BARRAS

Cajas de 100 unidades.

Ch/F	r	Ø externo (mm)	Longitud Total (±10mm)	Longitud Efectiva (±10mm)	Ref. UNIDIX	Ref. Fabricante	UDS	EAN13
06		2.00 ± 0,10		165 mm	768300606		100	8432229255817
00		2.00 ± 0,10					600	8432229355814
08		2,67 ± 0,10			12213	768300608	100	8432229201296
08		2,67 ± 0,10					600	8432229352066
10		3,33 ± 0,15			768300610		100	8432229240264
10		3,33 ± 0,13					600	8432229340261
12		4,00 ± 0,15	200 mm		768300612		100	8432229240271
12		4,00 ± 0,13					600	8432229340278
14		4,67 ± 0,20			768300614		100	8432229240288
14							600	8432229340285
1.0		F 33 + 0 30			768300616		100	8432229240295
16		5,33 ± 0,20					600	8432229340292
18		6,00 ± 0,20			768300618		100	8432229240301
10		0,00 £ 0,20					600	8432229340308

Fabricados para GRUPO UNIDIX en conformidad con la Directiva 93/42/EEC. Producto Clase IIa.

En cumplimiento con las normas EN ISO 20696:2018 de sondas uretrales. Esterilidad conforme EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN 556-1:2001/AC:2006, EN ISO 11737-1 y 2. Evaluación biológica, sensibilidad y citotoxicidad conforme EN ISO 10993-1, 5, 7, 10 y 23. Simbología y empaquetado acorde EN ISO 15223-1:2021.

Aseguramiento de la calidad conforme EN ISO 13485:2016.

GRUPO UNIDIX C/ Rivas, 27 Teléfono: +34 91 776 53 63